

4.4.24

מענה לשאלות הבהרה – מספר 1 - מכרז 07/2024

מכרז פומבי מס' 07-2024 לביצוע בדיקות מעבדה ודיגום לניטור שפכי תעשייה ומט"ש

מס"ד	עמוד מתייחסת הבהרה	מסמך	סעיף ותת סעיף	פרוט השאלה/הבהרה/אי התאמה	תשובה(ימולא ע"י החברה)
1	7	3. ערבות הגשה/ערבות מכרז	סעיף 3.5 ד'	טעות סופר מצוין לפי ס' 4.5, סביר להניח שהכוונה לס' 3.5.	ההערה מתקבלת. מדובר בטעות סופר. הכוונה היא לסעיף מס' 3.5
2	14	9.ההסכם	סעיף 9 תת סעיף 9.3	ערבות מבוקש אינה בהלימה להיקף המכרז הפחיתו נא כ-10-15% מההיקף הנדרש של ההתקשרות.	אין שינוי במסמכי המכרז
3	14	9.ההסכם	סעיף 9 תת סעיף 9.7	נבקש לעדכן ל14 ימים.	אין שינוי במסמכי המכרז
4	19	2.5 מהות ההסכם	סעיף 2.5 תת סעיף ה	על החברה האחריות לעדכן על התקציב בעת תחילת מתן צו העבודה שלפיו יפעל הזוכה.	אין שינוי במסמכי המכרז
5	21	3.הצהרות והתחייבויות הקבלן	סעיף 3 תת סעיף 3.13	הבדיקות והדיגומים יבוצעו לפי SM, EPA לפי הנחיות הרגולטור ותחת הסמכה.	מקובל. ובתנאי שפועלים בהתאם להנחיות הניטור של איכות הסביבה ורשות המים, המתעדכנים מעת לעת מקובל
6	21	4.2 לוח זמנים לביצוע ותיאום	סעיף 4.2	זמן מתן תוצאות הינו 14 ימי עבודה.	מקובל
7	21	4.2 לוח זמנים לביצוע ותיאום	סעיף 4.2 תת סעיף 4.3	לאור ניסוח הסעיף דגימות מהמטש יהיו במתכונת איסופים ללא דיגום ורק במקרי הצורך הדוגם יידרש לדגום? במידה וכן יהא חובה בליווי מטעם המטש.	לגבי השאלה הראשונה : התשובה היא כן . לגבי השאלה השנייה : התשובה היא כן .
8	23	6. התמורה	סעיף 6.3 תת סעיף ג	יש לעדכן תנאי תשלום לשוטף+60.	ההערה מתקבלת. תנאי התשלום הינם בכפוף לחוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז ובתנאי שוטף+60
9	24	6. התמורה	סעיף 6.8	כל בקשת קיזוז תיעשה בפנייה אל המעבדה וינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז	אין שינוי במסמכי המכרז

	ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.				
בכפוף לאמור לעיל, אין שינוי במסמכי המכרז	יש להסיר סעיף זה לא מקובל לאיחור נוסף מתנאי תשלום מוזכרים, יש לשנות את תנאי השתלום ראה שורה 8.	סעיף 6.9	6. התמורה	24	10
אין שינוי במסמכי המכרז	הודעה על הפסקה- תינתן למעבדה אפשרות להודיע על הפסקת התקשרות תוך 14 ימים ללא תשלום פיצויים.	סעיף 10 תת סעיף 10.1	10. ביטול ההסכם	30	11
אין שינוי במסמכי המכרז	ערבות מבוקש אינה בהלימה להיקף המכרז הפחיתו נא כ%10-15 מההיקף הנדרש של ההתקשרות.	סעיף 12 תת סעיף 12.1	12. ערבויות	31	12
אין שינוי במסמכי המכרז	כל בקשת קיזוז/חילוט תיעשה בפנייה אל המעבדה ויינתן זמן תגובה של 5 ימים בגין הבקשה טרם הקיזוז ואף ייעשה לאחר 30 יום מרגע ההחלטה שהתקבלה עי שני הצדדים.	סעיף 12 תת סעיף 12.6	12. ערבויות	31	13
אין שינוי במסמכי המכרז	יש להוסיף לסעיף התשלום נוסף.	סעיף 1 תת סעיף 13.3 א'	13. הפיקוח	31	14
מקובל	בדיקה חוזרת תחויב כאשר הבדיקה החוזרת תעמוד בטווח אי הוודאות של הבדיקה הראשונית.	סעיף 13 תת סעיף 13.3 ב'	13. הפיקוח	31	15
אין שינוי במסמכי המכרז	סעיף זה אינו מקובל, יש לשנות ניסוח הסעיף, ביקורת חיצונית כשמה כן היא חיצונית להסכם זה, הספק לא ינהל ולא ישא בעלות של מבקר חיצוני כלשהו, כמו כן במידה ויהא מפקח מטעם התאגיד כל בקשה /טענה שלו תיבדק ולאחר מענה מהספק יוחלט כיצד להמשיך לטיפול בנושא, בקשות המפקח צריכות להיות בהלימה למבוקש ולא להורות על ביצוע מחדש.	סעיף 13 תת סעיף 13.3 ה	13. הפיקוח	31	16
אין שינוי במסמכי המכרז, המחיר יישאר כפי שהוא גם בנוהל רגיל וגם בנוהל דחוף	מעל טבלה מס' 1 מצוין נוהל רגיל/דחוף הסבירו נא כמו כן עבור נוהל דחוף ינתן לביצוע בתוספת תשלום	נספח א' כללי	נספח א'	34	17

					אשר תיקבע עם הזוכה בעת חתימת הזוכה וכן ימי דחיפות יוגדרו בהתאם לשיטת ביצוע הבדיקות לפי רגולציה.				
				18	34-36	נספח א' נספח א'	1+2 טבלה מס'	עמודת הכרה ואו הסמכה הינה תלוי לפי מטריצה יש לעדכן עמודה זו. לדוגמה: BOD מוכר ומוסך בקולחים בשפכים קיימת הסמכה וכי אין דרישת רגולטור להכרה. מתייחס לטבלה מ' 1+3	מבחינת שפכי תעשייה לא נדרשת הכרה של משרד הבריאות מבחינת איכות הקולחין, נדרשת הכרה
				19	34-36	נספח א' נספח א'	1+2+3 טבלה מס' רשת.	מצוינת עמודה סהכ מחיר לביצוע הבדיקה (הבודדת) לאחר ההנחה בשח, (חוזר על עצמו בכל הטבלאות) האם יש לציין מחיר עבור הפרמטר המבוקש קרי מחיר ידיחה או שיש לכפול מחיר שיינתן במספר דיגומים צפוי?	מדובר במחיר לאחר ניכוי הנחת המציע, עבור בדיקה בודדת 1 (לא להכפיל במספר דיגומים)
				20	35	נספח א' נספח א'	2 טבלה מס'	הוסיפו נא כמות דיגומים עבור טבלת המי רשת.	לעניין כמויות הבדיקות, ראו הטבלה מופיעה מטה
				21	36	נספח א' נספח א'	3 טבלה מס'	שורה 15 סט חנקן כללי - יש להשאיר שדה מחיר ריק על מנת שהקבלן יוכל למלא המחיר וכי המחיר המצוין אינו בהלימה למבוקש בבדיקה(נדרש ביצוע של כמה בדיקות כדי לחשב החנקן) ואינו נגזר ממחירון רשות המים.	אין שינוי במסמכי המכרז
				22	36	נספח א' נספח א'	3 טבלה מס'	שורה S2H 36 האם הבדיקה המבוקשת הינה סולפיד?	כן
				23	36	נספח א' נספח א'	3 טבלה מס'	יבוצע באורך גל 254?	כן
				24	36	נספח א' נספח א'	3 טבלה מס'	סעיף 42 בטבלה רעילות, הבדיקה הקיימת הינה רעילות מיקרוטוקס ויש להשאיר שדה מחיר ריק על מנת שהקבלן יוכל למלא המחיר וכי המחיר המצוין אינו בהלימה לעלות הבדיקה ואינו נגזר ממחירון רשות המים.	אין שינוי במסמכי המכרז
				25	37	נספח א' נספח א'	3 טבלה מס'	סעיף 49 בטבלה נגיפי מעיים ויש להשאיר שדה מחיר ריק על מנת שהקבלן יוכל למלא המחיר וכי	אין שינוי במסמכי המכרז

	המחיר המצוין אינו בהלימה לעלות הבדיקה ואינו נגזר ממחירון רשות המים.				
26	26	נספח ב' נספח ב' קבלן סעיף 11	נספח ב' נספח ב' קבלן סעיף 11	39	26
27	27	נספח ב' נספח ב' קבלן סעיף 12	נספח ב' נספח ב' קבלן סעיף 12	39	27
28	28	סעיף 3 שירותים נדרשים תת סעיף ב	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	47	28
29	29	סעיף 3 שירותים נדרשים תת סעיף ג	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	47	29
30	30	סעיף 3 שירותים נדרשים תת סעיף ז	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	47	30
31	31	סעיף 4 דיווח תוצאות תת סעיף ב	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	48	31
32	32	סעיף 4 דיווח תוצאות תת סעיף ג	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	48	32
33	33	סעיף 4 דיווח תוצאות תת סעיף ד	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	48	33

34	48	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	סעיף 5 מפרט בדיקות תת סעיף ו	זמן מתן תוצאות הינו 14 ימי עבודה. זמן מתן תוצאות הינו 14 ימי עבודה נוהל דחוף-בהינתן לפי שיטות בדיקה רגולטוריות. ראו מס"ד 28.	זמן מתן תוצאות הינו 14 ימי עבודה.
35	48	נספח ג' המפרט הטכני נספח ג'1	סעיף 5 מפרט בדיקות תת סעיף ח	נהלי המעבדה ניתנים לעיון רק במעבדה, אינם מופצים החוצה.	מקובל
36	כללי	כללי	כללי	נבקש לדחות מועד ההגשה ל-11/04/2024 עד השעה 15:00.	אין שינוי במסמכי המכרז
מס"ד	עמוד אליו מתייחסת ההבהרה	מסמך	סעיף ותת סעיף	פרוט השאלה / הבהרה/אי התאמה	תשובה(ימולא ע"י החברה)
37	23	הסכם התקשרות	6.3 ג'	תנאי תשלום - על פי חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז-2017, התשלום צריך להיות שוטף +45."	ראו ההתייחסות למענה לשאלה מס' 8, לעיל
38	28	הסכם התקשרות	9.15	ביטוח – מבקשים למחוק סעיף הואיל ואינו סעיף ביטוח.	אין שינוי במסמכי המכרז
39	29	הסכם התקשרות	9.27	ביטוח – מבקשים למחוק סעיף הואיל ואינו סעיף ביטוח.	אין שינוי במסמכי המכרז
40	47	נספח ג'1 המפרט הטכני	3 ג'	בדיקות חוזרות – מבקשים תשלום ככל והתוצאה יוצאת בערך אי וודאות.	מקובל
41	47	נספח ג'1 המפרט הטכני	3 ח'	5 דוגמים אוטומטיים ניידים – מבקשים 3 דוגמים אוטומטיים לרשות המציע.	מקובל
42	48	נספח ג'1 המפרט הטכני	5 ו'	דיווח תוצאות – מבקשים לשנות ל-10 ימי עבודה.	זמן מתן תוצאות הינו 14 ימי עבודה.

נספח א' מי רשת

מס'	פרמטר לבדיקה	מחיר ע"פ קובץ התקנות	% הנחה	כמות בדיקות בשנה (הערכה)	סה"כ מחיר לאחר הנחה
1	דיגום חטף			50	
2	נתרן	83.46		30	
3	כלורידים	66.68		30	
4	סולפאט	72.22		5	
5	בורון	54.41		5	
6	סריקת מתכות מלאה	277.88		30	